

## Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310211  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 2X30ML  
LOTE / LOT: 1121782528  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/07/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CALCIO WS MONORREAGENTE 30ML  
LOTE / LOT: 1093762532  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VIOLETA/CLEAR, VIOLET	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	7,50 (7,40-7,60)	7,49
Absorbancia / Absorbance	0,390 (0,280-0,500)	0,374
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.