

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310256
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3060075K
LOTE / LOT: 11180726102
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE FERRO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3060003P
LOTE / LOT: 1118102534
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3060020R1K
LOTE / LOT: 1118082650
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3060015R2K
LOTE / LOT: 1118092654
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4,5
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2,47
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0,001
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0,012
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.