

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310192
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO FERENE WS R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3020250KWS
LOTE / LOT: 10931725116
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3020040R1KWS
LOTE / LOT: 10931925112
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3020050R2KWS
LOTE / LOT: 10932025114
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 28/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4,5
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2,47
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0,001
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0,012
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.