

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310192  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FERRO FERENE WS R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3020250KWS  
**LOTE / LOT:** 10931726127  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 31/08/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/07/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRO FERENE WS R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3020040R1KWS  
**LOTE / LOT:** 10931926121  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/07/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRO FERENE WS R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3020050R2KWS  
**LOTE / LOT:** 10932026123  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/07/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID                                                   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID                                                     | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID                      | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | FETIDO/SMELLY                                                                              | Conforme/According  |
| pH R1                             | 4.50 (4.40-4.60)                                                                           | 4.5100              |
| pH R2                             | 2.50 (2.40-2.60)                                                                           | 2.4900              |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.0075 (0.000-0.015)                                                                       | 0.0010              |
| Absorbancia / Absorbance R2       | 0.025 (0.000-0.050)                                                                        | 0.0030              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.025 (0.000-0.050)                                                                        | 0.0060              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control