Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310192
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FERRO FERENE WS R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3020250KWS
LOTE / LOT:	10931726129
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	29/09/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	FERRO FERENE WS R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3020040R1KWS
LOTE / LOT:	10931926123
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	29/09/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	FERRO FERENE WS R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3020050R2KWS
LOTE / LOT:	10932026125
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	29/09/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4.5500
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2.5200
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0.0000
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0.0040
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0.0070
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control