

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310192
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO FERENE WS R1 4 X 23,7 ML + R2 4 X 7,4 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112332448
DATA DE FABR./MANUF. DATE 14/10/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R1 23,7 ML + R2 7,4 ML
LOTE / LOT: 1112322447
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/08/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | FETIDO/SMELLY | Conforme/According |
| pH R1 | 4.50 (4.40-4.60) | 4,52 |
| pH R2 | 2.50 (2.40-2.60) | 2,54 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.0075 (0.000-0.015) | 0 |
| Absorbancia / Absorbance R2 | 0.025 (0.000-0.050) | 0,006 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.025 (0.000-0.050) | 0,012 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.