

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310192  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FERRO FERENE WS R1 4 X 23,7 ML + R2 4 X 7,4 ML (RESPONS)  
**LOTE / LOT:** 1112332450  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 18/11/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 14/10/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FERRO FERENE WS R1 23,7 ML + R2 7,4 ML  
**LOTE / LOT:** 1112322449  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 14/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4,54
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2,48
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0,001
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0,036
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0,029
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.