

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310192
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FERRO FERENE WS R1 4 X 23,7 ML + R2 4 X 7,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3020124.4RWS
LOTE / LOT: 1112332665
DATA DE FABR./MANUF. DATE 31/08/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FERRO FERENE WS R1 23,7 ML + R2 7,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3020031.1TWS
LOTE / LOT: 1112322664
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO/CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	Conforme/According
Odor / Odour R2	FETIDO/SMELLY	Conforme/According
pH R1	4.50 (4.40-4.60)	4.5100
pH R2	2.50 (2.40-2.60)	2.4900
Absorbancia / Absorbance R1	0.0075 (0.000-0.015)	0.0010
Absorbancia / Absorbance R2	0.025 (0.000-0.050)	0.0030
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.025 (0.000-0.050)	0.0060
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control