

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310054  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030075K  
**LOTE / LOT:** 10708126206  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 04/03/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 20ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030020R1K  
**LOTE / LOT:** 10721926175  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/05/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATASE ALCALINA IFCC R2 15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030015R2K  
**LOTE / LOT:** 10722026176  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	10,4 (10,3-10,5)	10,44
pH R2	9,0 (8,9-9,1)	9,02
pH R1 + R2	10,4 (10,3-10,5)	10,45
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,003
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,45 (0,300-0,600)	0,433
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.