

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310054  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030250K  
**LOTE / LOT:** 10731426183  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 19/06/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/09/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030040R1K  
**LOTE / LOT:** 10738526179  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/09/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATASE ALCALINA IFCC R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2030050R2K  
**LOTE / LOT:** 10738626175  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/09/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID                                           | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID                                          | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES                                                    | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 10,4 (10,3-10,5)                                                                           | 10,43               |
| pH R2                             | 9,0 (8,9-9,1)                                                                              | 9,02                |
| pH R1 + R2                        | 10,4 (10,3-10,5)                                                                           | 10,48               |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,000-0,030)                                                                        | 0,003               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0,45 (0,300-0,600)                                                                         | 0,445               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control