

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310061
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATO UV R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3040075K
LOTE / LOT: 10739125226
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/11/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE FOSFATO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3040003P
LOTE / LOT: 10736125126
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3040020R1K
LOTE / LOT: 10739325147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATO UV R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3040015R2K
LOTE / LOT: 10739625144
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.70-0.90)	0,76
pH R2	4.80 (4.70-4.90)	4,77
pH R1 + R2	0.90 (0.80-1.00)	0,88
Absorbancia / Absorbance R1	0.025 (0.000-0.050)	0,012
Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1	0.150 (0.000-0.300)	0,08
Absorbancia / Absorbance R2	0.125 (0.000-0.250)	0,208
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.