

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310196  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FOSFATO UV WS R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**LOTE / LOT:** 1101602571  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 26/06/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/03/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATO UV WS R1 20ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** 1101612569  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 26/03/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATO UV WS R2 15ML (MIURA)  
**LOTE / LOT:** A1101622567  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 25/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.70-0.90)	0,83
pH R2	4.80 (4.70-4.90)	4,79
pH R1 + R2	0.90 (0.80-1.00)	0,96
Absorbancia / Absorbance R1	0.025 (0.000-0.050)	0,009
Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1	0.150 (0.000-0.300)	0,081
Absorbancia / Absorbance R2	0.125 (0.000-0.250)	0,173
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.