Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310254
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GAMA GT R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2160250K
LOTE / LOT:	1117932669
DATA DE FABR./MANUF. DATE	04/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GAMA GT R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2160040R1K
LOTE / LOT:	1117942666
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GAMA GT R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2160050R2K
LOTE / LOT:	1117952662
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	8.28 (8.18-8.38)	8.2800
pH R2	6.00 (5.90-6.10)	6.0200
pH R1 + R2	8.25 (8.15-8.35)	8.2400
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0010
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.550 (0.450-0.650)	0.5360
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control