

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310254  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GAMA GT R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2160179.2R  
**LOTE / LOT:** 1118052665  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 11/09/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/10/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GAMA GT R1 34,5 mL + R2 10,3 mL (RESPONS)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2160044.8T  
**LOTE / LOT:** 1118062663  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 15/10/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID                                                | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 8.28 (8.18-8.38)                                                                           | 8.2800              |
| pH R2                             | 6.00 (5.90-6.10)                                                                           | 6.0200              |
| pH R1 + R2                        | 8.25 (8.15-8.35)                                                                           | 8.2300              |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0.0010              |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.550 (0.450-0.650)                                                                        | 0.5440              |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control