

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310038
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10709124228
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/10/2024
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML
LOTE / LOT: 10725524137
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 21/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 250ML
LOTE / LOT: 10719524213
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, ROSA/CLEAR, PINK	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,48
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.