

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310038
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040250K
LOTE / LOT: 10709126241
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040003P
LOTE / LOT: 10725525144
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040250MK
LOTE / LOT: 10719525223
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,48
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According