Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310038
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250K
LOTE / LOT:	10709126252
DATA DE FABR./MANUF. DATE	30/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	21/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE GLICOSE 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040003P
LOTE / LOT:	10725526147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	26/02/2029

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GLICOSE MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250MK
LOTE / LOT:	10719526232
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	21/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7.4900
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0.0030
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control