

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310038
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 1120432510
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/05/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML
LOTE / LOT: 10725525138
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE GOD-PAP 50ML
LOTE / LOT: 112052259
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,6
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According