

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310038  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE GOD-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040100K  
**LOTE / LOT:** 1120432618  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 02/04/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/03/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE GLICOSE 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040003P  
**LOTE / LOT:** 10725525144  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/05/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GLICOSE GOD-PAP 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040050MK  
**LOTE / LOT:** 1120522614  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,52
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,002
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According