

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310204  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 2X250ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040500KWS  
**LOTE / LOT:** 10938025119  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/07/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 13/06/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GLICOSE WS MONORREAGENTE 250ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040250MKWS  
**LOTE / LOT:** 10938325114  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 13/06/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR,<br>BROWNISH TO REDDISH                                 | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL   | Conforme/According  |
| pH                                | 7.5 (7.4-7.6)  | 7,54                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.025 (0.000-0.050)  | 0,004               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS<br>CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF<br>THE CONTROLS | Conforme/According  |