# Certificado de Análise
## Analysis Certificate

| | |
|---|---|
| **ANVISA** | 80115310204 |
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** | GLICOSE WS 2X250ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1040500KWS |
| **LOTE / LOT:** | 10938026133 |
| **DATA DE FABR./MANUF. DATE** | 01/10/2026 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 13/08/2028 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** | GLICOSE WS MONORREAGENTE 250ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1040250MKWS |
| **LOTE / LOT:** | 10938326128 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 13/08/2028 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---|
| Aparencia / Appearance | LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH | Conforme/According |
| Odor / Odour | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH | 7.5 (7.4-7.6) | 7.5200 |
| Absorbancia / Absorbance | 0.025 (0.000-0.050) | 0.0020 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**
**Controle de Qualidade / Quality Control**