

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310204  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 3X40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040120MKWS  
**LOTE / LOT:** 1124532524  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 27/11/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 13/11/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** GLICOSE WS MONORREAGENTE 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040040MMKWS  
**LOTE / LOT:** 1124542524  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 13/11/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,48
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According