

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310204
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 3X40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040120MKWS
LOTE / LOT: 1124532634
DATA DE FABR./MANUF. DATE 26/08/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE WS MONORREAGENTE 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040040MMKWS
LOTE / LOT: 1124542633
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7.5200
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0.0020
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control