



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310204
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040174.4RWS
LOTE / LOT: 1111852673
DATA DE FABR./MANUF. DATE 21/05/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 43,6ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040043.6RWS
LOTE / LOT: 1111862671
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7.4600
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0.0020
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control