Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310204
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE WS 4X43,6ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040174.4RWS
LOTE / LOT:	1111852677
DATA DE FABR./MANUF. DATE	03/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	21/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	GLICOSE MONORREAGENTE 43,6ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040043.6RWS
LOTE / LOT:	1111862675
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	21/10/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7.4900
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0.0030
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control