



# Certificado de Análise

## Analysis Certificate

ANVISA 80115310267  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160075K  
LOTE / LOT: 11198426113  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/08/2026  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160020R1K  
LOTE / LOT: 1119802666  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R2 15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160015R2K  
LOTE / LOT: 1119962671  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 27/01/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION       | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO       | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO             | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO             | Conforme/According  |
| pH R1                             | 6,85 (6,80 - 6,90)                  | 6,90                |
| pH R2                             | 8,15 (8,10 - 8,20)                  | 8,15                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,0150 (0,0000 - 0,0300)            | 0,008               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0,0250 (0,000 - 0,0500)             | 0,009               |
| Teste funcional / Functional test | ± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES   | Conforme/According  |