Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310267
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160075K
LOTE / LOT:	11198426117
DATA DE FABR./MANUF. DATE	22/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	27/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	HDL-C DIRETO R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160020R1K
LOTE / LOT:	1119802669
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	27/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	HDL-C DIRETO R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160015R2K
LOTE / LOT:	1119962674
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,80 - 6,90)	6.8900
pH R2	8,15 (8,10 - 8,20)	8.1200
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,0000 - 0,0300)	0.0080
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,0250 (0,000 - 0,0500)	0.0110
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control