# Certificado de Análise
## Analysis Certificate

| | |
|---|---|
| **ANVISA** | 80115310267 |
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** | HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1160075K |
| **LOTE / LOT:** | 11198426118 |
| **DATA DE FABR./MANUF. DATE** | 22/10/2026 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 05/06/2028 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** | HDL-C DIRETO R1 20ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1160020R1K |
| **LOTE / LOT:** | 1119802670 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 07/06/2028 |

| | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** | HDL-C DIRETO R2 15ML |
| **COD. INTERNO / INTERNAL CODE** | 1160015R2K |
| **LOTE / LOT:** | 1119962674 |
| **DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** | 05/06/2028 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---|
| Aparencia / Appearance R1 | LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERÍSTICO | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERÍSTICO | Conforme/According |
| pH R1 | 6,85 (6,80 - 6,90) | 6.8900 |
| pH R2 | 8,15 (8,10 - 8,20) | 8.1200 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0,0150 (0,0000 - 0,0300) | 0.0080 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0,0250 (0,000 - 0,0500) | 0.0110 |
| Teste funcional / Functional test | ± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**
**Controle de Qualidade / Quality Control**