



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310267
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160200R
LOTE / LOT: 1119892653
DATA DE FABR./MANUF. DATE 28/04/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160050T
LOTE / LOT: 1119882653
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,80 - 6,90)	6,8900
pH R2	8,15 (8,10 - 8,20)	8,1900
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,0000 - 0,0300)	0,0070
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,0250 (0,000 - 0,0500)	0,0110
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control