

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310267
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 1X40ML + R2 1X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160050MK
LOTE / LOT: 1124352645
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/06/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160040R1MK
LOTE / LOT: 1124362643
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160010R2MK
LOTE / LOT: 1124372643
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 24/01/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERÍSTICO	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,80 - 6,90)	6,90
pH R2	8,15 (8,10 - 8,20)	8,16
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,0000 - 0,0300)	0,007
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,0250 (0,000 - 0,0500)	0,011
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.