

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310069
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION IGM R1 2 X 25 ML + R2 1 X 5 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 4330055K
LOTE / LOT: 115467261
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/06/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: IGM R1 25 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 4330025R1K
LOTE / LOT: 115465261
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/02/2029

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: IGM R2 5 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 4330005R2K
LOTE / LOT: 115466261
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/07/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍMPIDO INCOLOR/ CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
Odor / Odour R1	INODORO/ODOURLESS	Conforme/According
Odor / Odour R2	INODORO/ODOURLESS	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According