

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310103
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDH DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100075K
LOTE / LOT: 10794426177
DATA DE FABR./MANUF. DATE 15/04/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100020R1K
LOTE / LOT: 10722526165
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100015R2K
LOTE / LOT: 10722626143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,45 (7,35-7,55)	7,47
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,63
pH R1 + R2	7,50 (7,40-7,60)	7,56
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,013
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,300 (1,100-1,500)	1,484
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control