Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310103
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	LDH DGKC R1 1X40ML + R2 1X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2100050MK
LOTE / LOT:	1124612635
DATA DE FABR./MANUF. DATE	16/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	LDH DGKC R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2100040R1MK
LOTE / LOT:	1124622632
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	LDH DGKC R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2100010R2MK
LOTE / LOT:	1124632632
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/03/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,45 (7,35-7,55)	7.4700
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9.6000
pH R1 + R2	7,50 (7,40-7,60)	7.5600
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0.0140
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,300 (1,100-1,500)	1.4190
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control