

Certificado de Análise Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310278
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT: 1122512514
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/09/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R1 20ML
LOTE / LOT: 1122582513
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R2 15ML
LOTE / LOT: 1122592513
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/11/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, AMARELADO A ROSEADO/CLEAR, YELLOWISH TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According