



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310278
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDL-C DIRETO R1 1X40ML + R2 1X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170050MK
LOTE / LOT: 112478266
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/08/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R1 40 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170040R1MK
LOTE / LOT: 112479266
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDL-C DIRETO R2 10 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170010R2MK
LOTE / LOT: 112480266
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, AMARELADO A ROSEADO/CLEAR, YELLOWISH TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According