



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310042
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LACTATO R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100075K
LOTE / LOT: 10709526210
DATA DE FABR./MANUF. DATE 21/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100020R1K
LOTE / LOT: 10721326158
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100015R2K
LOTE / LOT: 10721426162
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According