

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310042  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** LACTATO R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1100250K  
**LOTE / LOT:** 10732025143  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 11/12/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 20/02/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LACTATO R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1100040R1K  
**LOTE / LOT:** 10741625137  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 20/02/2027

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** LACTATO R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1100050R2K  
**LOTE / LOT:** 10741725137  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 20/02/2027

---

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According