



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310042
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LACTATO R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100250K
LOTE / LOT: 10732026148
DATA DE FABR./MANUF. DATE 21/07/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100040R1K
LOTE / LOT: 10741626142
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100050R2K
LOTE / LOT: 10741726142
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According