

Certificado de Análise Analysis Certificate

ANVISA 80115310042
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LACTATO R1 1 X 40 ML + R2 1 X 10 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100050MK
LOTE / LOT: 1127742524
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R1 40 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100040R1MK
LOTE / LOT: 1127702521
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R2 10 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1100010R2MK
LOTE / LOT: 1127712519
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According