

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310255  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3070060K  
**LOTE / LOT:** 1118112682  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 03/02/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/01/2028

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3070003P  
**LOTE / LOT:** 1118122535  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 10/01/2028

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3070030MK  
**LOTE / LOT:** 1118132654  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 22/01/2028

---

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	10,94
Absorbancia / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1,264
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According