Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310255
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	MAGNESIO COLORIMETRICO 2X30ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3070060K
LOTE / LOT:	1118112694
DATA DE FABR./MANUF. DATE	23/11/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/11/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE MAGNESIO COLORIMETRICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3070003P
LOTE / LOT:	1118122640
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/06/2029

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	MAGNESIO COLORIMETRICO 30ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3070030MK
LOTE / LOT:	1118132663
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/11/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	10.9600
Absorbancia / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1.2880
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control