

## Certificado de Análise Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310193  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** MAGNESIO WS 2X30ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3030060MWS  
**LOTE / LOT:** 1101742582  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 05/11/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/10/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** MAGNESIO WS 30ML (NOVO MIURA)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3030030MMWS  
**LOTE / LOT:** 1101752576  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 24/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	AZUL, LIMPIDO / CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	11.0 (10.9-11.1)	10,97
Absorbancia / Absorbance	1.150 (1.000-1.300)	1,282
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.