

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310215	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	MICROALBUMINURIA WS R1 2X25 ML + R2 1X10 ML	
LOTE / LOT:	A1099622366	
DATA DE FABR./MANUF. DATE	26/09/2023	
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	30/07/2028	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	MICROALBUMINURIA WS R2 (ANTISORO) 10 ML	
LOTE / LOT:	A1099612354	
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	30/08/2028	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	MICROALBUMINURIA WS R1 (TAMPÃO) 25 ML	
LOTE / LOT:	A1099602357	
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	30/07/2028	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According