



## Certificado de Análise Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310076  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** PCR R1 2X25 ML + R2 1X10 ML + 1X1 ML PADRAO  
**LOTE / LOT:** 10770124287  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 24/10/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/11/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PADRAO ALTO PCR, 1 ML  
**LOTE / LOT:** 10775023138  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 21/11/2026

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PCR R1 25 ML  
**LOTE / LOT:** 10770524203  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 30/07/2028

---

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PCR R2 10 ML  
**LOTE / LOT:** 10770424189  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/08/2029

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

Carolina Santana  
Controle de Qualidade / Quality Control