

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310073
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120075K
LOTE / LOT: 10736625229
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/09/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120003P
LOTE / LOT: 10737125135
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120020R1K
LOTE / LOT: 10737825133
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/08/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120015R2K
LOTE / LOT: 10737925131
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/08/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1 | LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| Aparencia / Appearance R2 | LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID | Conforme/According |
| Odor / Odour R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| Odor / Odour R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 | 12.8 (12.6-13.0) | 12,83 |
| pH R2 | 13.3 (13.1-13.5) | 13,29 |
| Absorbancia / Absorbance R1 | 0.015 (0.000-0.030) | 0,001 |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2 | 0.045 (0.030-0.060) | 0,048 |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.