Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310073
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120075K
LOTE / LOT:	10736626248
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	24/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120003P
LOTE / LOT:	10737126143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	26/03/2029

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PROTEINA TOTAL R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120020R1K
LOTE / LOT:	10737826142
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	26/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PROTEINA TOTAL R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120015R2K
LOTE / LOT:	10737926140
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	24/08/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12.8600
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13.3000
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0.0000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0.0460
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control