



## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310210  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1120250KWS  
**LOTE / LOT:** 10938626122  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 23/07/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/06/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL WS R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1120040R1KWS  
**LOTE / LOT:** 10938926116  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/06/2028

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** PROTEINA TOTAL WS R2 50ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1120050R2KWS  
**LOTE / LOT:** 10939026118  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/06/2028

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID                                                    | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID                                                             | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 12.8 (12.6-13.0)                                                                           | 12,81               |
| pH R2                             | 13.3 (13.1-13.5)                                                                           | 13,3                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,001               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.045 (0.030-0.060)                                                                        | 0,047               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control