



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310210
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION PROTEINA TOTAL WS R1 1X40ML + R2 1X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120050MKWS
LOTE / LOT: 1124662632
DATA DE FABR./MANUF. DATE 29/06/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL WS R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120040R1MKWS
LOTE / LOT: 1124672632
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PROTEINA TOTAL WS R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1120010R2MKWS
LOTE / LOT: 1124682630
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/06/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,81
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,3
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,047
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control