Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310047
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TGO (IFCC) R1 1X40ML + R2 1X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2040050MK
LOTE / LOT:	1124552647
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/10/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	16/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	TGO (ASAT) R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2040040R1MK
LOTE / LOT:	1124562648
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	18/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	TGO (ASAT) R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2040010R2MK
LOTE / LOT:	1124572648
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	16/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,65 (7,55-7,75)	7.6300
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9.6000
pH R1 + R2	7,65 (7,55-7,75)	7.6600
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,00-0,03)	0.0110
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,80-1,95)	1.9060
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control