

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310047  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TGO (IFCC) R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040075K  
**LOTE / LOT:** 10708226242  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 27/05/2026  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R1 20ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040020R1K  
**LOTE / LOT:** A10722126202  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 30/07/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** TGO (ASAT) R2 15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2040015R2K  
**LOTE / LOT:** 10722226200  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 29/07/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID                                  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7,66                |
| pH R2                             | 9,60 (9,50-9,70)                                                                           | 9,66                |
| pH R1 + R2                        | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7,67                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,00-0,03)                                                                          | 0,009               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 1,875 (1,80-1,95)                                                                          | 1,817               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control